



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-ZOV-10/2016

Ukazovatele na koncentračnej úrovni povrchovej/odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
BSK ₅	mg/l	131	105	157
Celkové kyanidy	mg/l	0,145	0,116	0,174
EL _g	mg/l	18,4	11,0	25,8
Farba	mg/l Pt	12,8	9,0	16,6
FN	mg/l	1,34	1,07	1,61
CHSK _{Cr}	mg/l	212	170	254
N _{celk}	mg/l	28,1	22,5	33,7
NEL _g	mg/l	16,8	11,8	21,8
NL ₁₀₅	mg/l	212	170	254
N-NH ₄	mg/l	4,42	3,54	5,30
N-NO ₂	mg/l	0,125	0,100	0,150
N-NO ₃	mg/l	15,7	13,3	18,1
N _{org}	mg/l	14,8	11,8	17,8
PAL _A	mg/l	2,45	1,96	2,94
P _{celk}	mg/l	3,90	3,12	4,68
P-PO ₄	mg/l	1,15	0,92	1,38
RL ₁₀₅	mg/l	488	415	561
RL ₅₅₀	mg/l	324	275	373
Celkové sulfidy	mg/l	9,1	7,3	10,9
TOC	mg/l	138	110	166
Zákal	FNU	15,7	12,6	18,8
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: RNDr. Jana Tkáčová, PhD.

Bratislava, 21.11.2016