



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-RR-10/2017

Ukazovatele na koncentračnej úrovni pitnej/povrchovej/odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Celková objemová aktivita alfa	Bq/l	0,294	0,206	0,382
Celková objemová aktivita beta	Bq/l	0,153	0,122	0,183
Objemová aktivita ²²² Rn	Bq/l	10,0	8,0	12,0
Objemová aktivita ²²⁶ Ra	Bq/l	0,043	0,035	0,052
Objemová aktivita ³ H	Bq/l	27	22	33
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: RNDr. Jana Merešová, PhD.

Bratislava, 8. 12. 2017