



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-SAA-4/2017

Ukazovatele na koncentračnej úrovni pitnej a povrchovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Ag	µg/l	27,8	22,2	33,4
Al	µg/l	126	101	151
As	µg/l	20,3	16,2	24,4
Cd	µg/l	2,10	1,68	2,52
Co	µg/l	67,9	54,3	81,5
Cr	µg/l	24,3	19,4	29,2
Cu	µg/l	30,4	24,3	36,5
Fe	µg/l	313	250	376
Hg	µg/l	0,19	0,15	0,23
Mn	µg/l	251	201	301
Ni	µg/l	22,1	17,7	26,5
Pb	µg/l	15,6	12,5	18,7
Zn	µg/l	174	139	209
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: Ing. Monika Vicenová

Bratislava, 1.6.2017