



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-SOA-4/2017

Ukazovatele na koncentračnej úrovni pitnej a povrchovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
antracén	ng/l	40	28,0	52,0
benzo(b)fluorantén	ng/l	20	14,0	26,0
benzo(k)fluorantén	ng/l	56	39,2	72,8
benzo(a)pyrén	ng/l	48	33,6	62,4
benzo(ghi)perylén	ng/l	40	28,0	52,0
fluorantén	ng/l	72	50,4	93,6
fenantrén	ng/l	40	28,0	52,0
Indeno(1,2,3-cd)pyrén	ng/l	72	50,4	93,6
hexachlórbenzén	ng/l	60	42,0	78,0
lindán	ng/l	40	28,0	52,0
heptachlór	ng/l	55	38,5	71,5
p,p-DDT	ng/l	80	56,0	104
metoxychlór	ng/l	65	45,5	84,5
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: Ing.Katarína Šimovičová, PhD.

Bratislava: 17.5. 2017