



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-RR-10/2019

Ukazovatele na koncentračnej úrovni pitnej/povrchovej/odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Celková objemová aktivita alfa	Bq/l	0,325	0,228	0,423
Celková objemová aktivita beta	Bq/l	0,229	0,183	0,275
Objemová aktivita ²²² Rn	Bq/l	26,6	21,3	31,9
Objemová aktivita ²²⁶ Ra	Bq/l	0,211	0,169	0,253
Objemová aktivita ³ H	Bq/l	287	230	344
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: RNDr. Gabriela Wallová, PhD.

Bratislava, 6. 12. 2019