



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

**MPS-ZOV-4/2019**

Ukazovatele na koncentračnej úrovni odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
<b>BSK<sub>5</sub></b>	mg/l	<b>170</b>	136	204
<b>CHSK<sub>Cr</sub></b>	mg/l	<b>272</b>	218	326
<b>Celkové kyanidy</b>	mg/l	<b>0,22</b>	0,17	0,28
<b>Fenoly</b>	mg/l	<b>1,51</b>	1,13	1,89
<b>NL<sub>105</sub></b>	mg/l	<b>360</b>	288	432
<b>N-NH<sub>4</sub>_A</b>	mg/l	<b>5,85</b>	4,68	7,02
<b>N-NH<sub>4</sub>_B</b>	mg/l	<b>4,15</b>	3,32	4,98
<b>N-NO<sub>2</sub>_A</b>	mg/l	<b>0,214</b>	0,171	0,257
<b>N-NO<sub>2</sub>_B</b>	mg/l	<b>0,145</b>	0,116	0,174
<b>N-NO<sub>3</sub>_A</b>	mg/l	<b>14,2</b>	12,1	16,3
<b>N-NO<sub>3</sub>_B</b>	mg/l	<b>20,5</b>	17,4	23,6
<b>N<sub>celk</sub></b>	mg/l	<b>31,3</b>	25,0	37,6
<b>N<sub>org</sub></b>	mg/l	<b>11,8</b>	8,9	14,8
<b>P<sub>celk</sub></b>	mg/l	<b>6,21</b>	4,97	7,45
<b>P-PO<sub>4</sub></b>	mg/l	<b>1,62</b>	1,30	1,94
<b>RL<sub>105</sub></b>	mg/l	<b>368</b>	313	423
<b>RL<sub>550</sub></b>	mg/l	<b>188</b>	160	216
<b>ZNK<sub>8,3</sub></b>	mmol/l	<b>0,55</b>	0,44	0,66
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Poznámka: ZNK<sub>8,3</sub> – ukazovateľ kvality vody, doplnený na základe požiadaviek zákazníkov

Vypracoval: RNDr. Jana Tkáčová, PhD.

Bratislava, 2.5.2019