



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-SAA-4/2022

Ukazovatele na koncentračnej úrovni pitnej a odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Ag	mg/l	0,081	0,065	0,097
Al	mg/l	1,38	1,10	1,66
As	mg/l	0,312	0,250	0,374
B	mg/l	1,96	1,57	2,35
Ba	mg/l	2,25	1,80	2,70
Cd	mg/l	0,064	0,051	0,077
Co	mg/l	0,806	0,645	0,967
Cr	mg/l	0,736	0,589	0,883
Cu	mg/l	2,23	1,78	2,68
Fe	mg/l	2,05	1,64	2,46
Hg	mg/l	0,037	0,030	0,044
Mn	mg/l	1,22	0,976	1,46
Mo	mg/l	1,69	1,35	2,03
Ni	mg/l	0,625	0,500	0,750
Pb	mg/l	0,346	0,277	0,415
Sb	mg/l	0,048	0,038	0,058
Se	mg/l	0,227	0,182	0,272
Sn	mg/l	2,40	1,92	2,88
V	mg/l	0,721	0,577	0,865
Zn	mg/l	2,08	1,66	2,50

DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov

Vypracoval: Ing. Monika Vicenová

Bratislava, 1.6.2022