



Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-SAA-4/2023

Ukazovatele na koncentračnej úrovni povrchovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Al	µg/l	316	237	395
As	µg/l	42,0	33,6	50,4
B	µg/l	654	491	818
Ba	µg/l	399	299	499
Cd	µg/l	4,92	4,18	5,66
Co	µg/l	169	135	203
Cr	µg/l	55,7	47,3	64,1
Cu	µg/l	33,0	26,4	39,6
Fe	µg/l	277	208	346
Hg	µg/l	0,464	0,348	0,580
Mn	µg/l	179	134	224
Ni	µg/l	38,0	32,3	43,7
Pb	µg/l	31,5	25,2	37,8
Se	µg/l	31,5	26,8	36,2
Sb	µg/l	42,9	34,3	51,5
V	µg/l	47,4	40,3	54,5
Zn	µg/l	228	194	262
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: Ing. Monika Vicenová

Bratislava, 31. mája 2023